

Bojszowy, dnia 19.02.2010r.

Znak sprawy: **GZOZ/P1/2010**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach przy ul. Św. Jana 41**”(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2010r pod numerem 42024-2010)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawców w dniu 18.02.2010r. następujące pytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony zarówno w tradycyjny ergonomiczny, ultrasonograficzny panel funkcyjny oraz dodatkowo w ułatwiający pracę, programowalny panel dotykowy, który ma możliwość wyłączenia ?

Taka konfiguracja aparatu zapewnia doskonałą ergonomię pracy, zapewnia bardzo prostą obsługę badań, świadczy o nowoczesnej konstrukcji ultrasonografu i jest stosowana przez wielu renomowanych producentów w wysokiej klasy aparatach USG.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyposażonego w panel dotykowy i funkcyjny.

Pytanie 2.

Wymóg daty produkcji 2009 rok, stwarza możliwość sprzedaży urządzenia, które było prezentowane przez cały 2009 rok, tj. kilkudziesięciu demonstracji w różnych placówkach a co za tym idzie, zużycie soczewek akustycznych na głowicach, częściowe zużycie luminoforu na ekranie LCD, możliwość powstania mikropęknięć na płytach z układami zintegrowanymi (częste wstrząsy podczas transportu samochodowego).

Czy wobec powyższego Zamawiający w celu ograniczenia nadużyć jakie miały miejsce wcześniej a dotyczyły aparatów demonstracyjnych i powystawowych oferowanych jako fabrycznie nowe, będzie wymagał aby oferowany aparat posiadał datę produkcji 2010 rok?

Odp. Zamawiający wymaga od dostawcy aparatu potwierdzenia od producenta, że oferowany aparat jest fabrycznie nowy.