

Bojszowy, dnia 22.02.2010r.

Znak sprawy: **GZOZ/P1/2010**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach przy ul. Św. Jana 41**”(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2010r pod numerem 42024-2010)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawców w dniu 18.02.2010r. następujące pytania:

Pytanie 1.

Dotyczy: Załącznika nr 1, Możliwości rozbudowy, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o głowice śródoperacyjną pracującą w zakresie 4-12 MHz? Różnica zakresu o 0.5 MHz w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

Odp. Tak.

Pytanie 2.

Ze względu na dużą objętość instrukcji obsługi , prosimy o zrezygnowanie z wymogu dołączenia jej do oferty przetargowej i możliwość dostarczenia instrukcji obsługi wraz z aparatem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie 3.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobów medycznych. W przypadku aparatu USG, zgodnie z deklaracją zgodności CE należy do klasy wyrobów medycznych IIa i nie podlega on wpisowi do rejestru. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odp. Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności CE.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Pytanie 5.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w pkt 4.3 SIWZ tak, aby on brzmiał: w przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 10 dni (roboczych) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 48 godzin, na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy?

Odp. Tak

Pytanie 6.

Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji na nowo wymieniony moduł. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/podzespołu na nowy biegnie do końca gwarancji pierwotnej całego systemu, a w przypadku, kiedy okres gwarancji pierwotnej byłby krótszy niż miesiące wtedy Wykonawca udzieli dodatkowej gwarancji tak, aby gwarancja wynosiła min. miesiące na nowy zainstalowany element/podzespół?

Odp. Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt.4.3 SIWZ.

Pytanie 7.

Zamawiający wymaga, aby dostawa odbyła się przez autoryzowanego dystrybutora oraz żąda dołączenia do oferty stosownego dokumentu. Zamawiający wymaga również załączenia autoryzacji na serwis. Czy Zamawiający zamiast autoryzacji wystawionej przez producenta zgodzi się na dołączenie autoryzacji na dystrybucję i serwis wystawionej przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów (autoryzowanego przedstawiciela) na terenie Polski?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 5 tygodni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę aparatu do 5 tygodni.

Pytanie 9.

Zamawiający wymaga aparatu demonstracyjnego celem wykonania badań porównawczych. Czy w przypadku kiedy oferowany aparat był już u Zamawiającego na testowaniu, Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odp. Tak.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający nie uważa, że aparat fabrycznie nowy oznacza aparat wyprodukowany w 2010 roku? Modele wyprodukowane wcześniej to z reguły aparaty powystawowe, bądź tzw. „leżaki magazynowe”. W związku z tym ew. dostawa aparatu rocznego może być dla Zamawiającego bardzo niekorzystna.

Odp. Zamawiający wymaga od dostawcy aparatu potwierdzenia od producenta, że oferowany aparat jest fabrycznie nowy i nie był przedmiotem demonstracji lub innego sposobu użytkowania. Zgodnie ze SIWZ dopuszczone są aparaty wyprodukowane w 2009r., natomiast w związku z zadaniem pytaniem dopuszcza się również aparaty wyprodukowane w 2010r.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat o liczbie 1600 niezależnych cyfrowych kanałów formowania wiązki ultradźwiękowej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny aparat USG wysokiej klasy powinien mieć dynamikę systemu o wartości min. 195 dB?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 13.

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 głowic. Czy w związku z tym Zamawiający będzie także wymagał 3 aktywnych gniazd do podłączenia tych głowic? Dzięki temu zapobiegnie się ich przepinaniu, co zminimalizuje możliwość fizycznego uszkodzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z możliwością współpracy z głowicą endokwaitarną jednopłaszczyznową, bez możliwości współpracy z głowicą endoskopową?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG zapisujący obrazy oraz pętle firmowe w formatach standardowo obsługiwanych przez system Windows (tj. TIFF/AVI)? Dzięki temu możliwy będzie po wcześniejszym eksporcie na płytę CD/DVD lub pendrive, podgląd w/w danych na praktycznie każdym komputerze.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG posiadający 2 gniazda USB? W codziennej praktyce lekarskiej wykorzystuje jedno gniazdo tego typu służące do zgrywania danych.

Odp. Nie

Pytanie 17.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat z pamięcią CINE-LOOP powyżej 2700 obrazów.

Odp. Nie

Pytanie 18.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat bez automatycznej optymalizacji parametrów obrazu oraz widma Dopplera spektralnego?

Odp. Nie

Pytanie 19.

Czy Zamawiający chcąc kupić aparat najwyższej klasy, będzie wymagał możliwości zapisu min. 30 wstępnych użytkowników? Jest to szczególnie ważne w placówkach ZOZ, gdzie pracuje min. kilku lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne różnego typu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny aparat USG powinien umożliwiać min. 10-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym jak i zamrożonym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat z możliwością cyfrowej regulacji 4 ognisk? Każde drugie (i następne) dodane ognisko bardzo niekorzystnie wpływa na częstotliwość odświeżania obrazu,; w związku z tym w praktyce lekarskiej nie wykorzystuje się więcej niż 2 ogniska.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 22.

Czy zamawiający zaakceptuje aparat USG z odświeżeniem obrazu 498 kl/sek?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości ustawienia bramki dopplerowskiej w przedziale min. 1-21 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający akceptuje aparat USG umożliwiający regulację kąta korekcji w przedziale od +/-0-89 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG z opcją automatycznych pomiarów dopplerowskich na zamrożonym obrazie, oraz bez oprogramowania do badań kontrastowych? W zamian aparat ,może dostać wyposażony w oprogramowanie do automatycznego pomiaru grubości Intima Media?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 26.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG bez możliwości rozbudowy o niedopplerowską metodę oceny przepływów w trybie 2D? w zamian oferujemy możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości ciągłego uzyskanego obrazu pow. 50 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG posiadający możliwość rozbudowy o 128-elemtową głowicę śródoperacyjną pracującą w zakresie 5-13 MHz?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytania 28.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG wraz z 128-elemtową głowicą liniową o częstotliwości pracy min. 5,0-10,0 MHz?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG wraz z 128-elemenrtową głowicą convex o częstotliwości pracy 2,0 – 5,0 MHz, posiadającą promień skanu wynoszący aż 68 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG wraz z 128-elemtową głowicą endowaginalną o częstotliwości pracy 4,0-9,0 MHz, posiadającą promień skanu wynoszącą ponad 125 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat USG o wadze poniżej 105 kg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.