

Bojszowy, dnia 18.02.2010r.

Znak sprawy: **GZOZ/P1/2010**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach przy ul. Św. Jana 41**”(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2010r pod numerem 42024-2010)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w dniu 17.02.2010r. następujące pytania:

#### ***Pytanie 1.***

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest USG z 3 głowicami to prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez pomyłkę nie umieścił wymogu minimum 2 gniazd głowic co zmuszałoby w czasie pracy do przełączania mechanicznego głowic, co jest zarówno niebezpieczne dla żywotności głowic i może prowadzić do ich uszkodzenia, jak i bardzo nieergonomiczne i przeszkadzające w pracy badającemu?

Wnosimy o zmianę zapisu punktu 5 Parametrów technicznych na:

Aktywne gniazda do podłączenia sond obrazowych - min.3.

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w 3 gniazda do podłączenia głowic obrazowych.

#### ***Pytanie 2.***

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest nowoczesny ultrasonograf o konstrukcji z 2009 roku to prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści starszą rozwiązanie bramki dopplerowskiej o zmianie wielkości ze skokiem 1 mm czy też bezwzględnie wymaga nowoczesnego systemu z dokładnością zmiany wielkości bramki PWD co 0,5 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

#### ***Pytanie 3.***

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf całkowicie cyfrowy to prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści starszą wersję opartą na przetworniku 10-bitowym czy też bezwzględnie wymaga nowoczesnego systemu opartego na przetworniku 12-bitowym stosowaną w najnowszych aparatach USG wszystkich renomowanych producentów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

***Pytanie 4.***

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest nowoczesny ultrasonograf o konstrukcji z 2009 roku to prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści starsze rozwiązanie obsługi oparte na dostępie do funkcji przez klawiaturę funkcyjną i menu wyświetlane na ekranie ultrasonografu czy też bezwzględnie wymaga nowoczesnego i innowacyjnego systemu obsługiwanego dodatkowo z programowalnego, kolorowego, wysokoczułego dotykowego monitora funkcyjnego stosowanego w najnowszych aparatach USG wszystkich renomowanych producentów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyposażonego w dotykowy ekran funkcyjny.

***Pytanie 5.***

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest nowoczesny ultrasonograf o konstrukcji z 2009 roku to prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści starszą rozwiązanie pochylenia kąta bramki kolorowego Dopplera o kąt +/- 25 stopni ze skokiem co max. 5 stopni czy też bezwzględnie wymaga nowoczesnego systemu ze zmianą kąta bramki koloru w zakresie minimum +/- 30 stopni ze skokiem co max. 5 stopni ?

Odp. Zamawiający wymaga aby aparat posiadał regulację kąta bramki dopplerowskiej +/-20°.